
AZ MOL

INHALEREN MET EEN VOORZETKAMER



PEDIATRIE

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

» Hoe inhaleren met een voorzetkamer

» Controle inhoud puffer

» Schoonmaken


» Let op!

HOE INHALEREN MET EEN VOORZETKAMER

1. Haal de beschermdop van de puffer (doseeraerosol).
2. Puffer krachtig schudden en in de voorzetkamer plaatsen.




3. Baby's en peuters plaatsen het masker van de voorzetkamer over neus en mond. Zorg dat dit goed aansluit.
   Grotere kinderen plaatsen het mondstuk van de voorzetkamer tussen de tanden en sluiten de lippen om het mondstuk.



4. Druk de puffer 1x in.
5. Laat uw kind 8x rustig in- en uitademen door de voorzetkamer.
6. Herhaal handeling 4 en 5 wanneer u meerdere puffjes moet toedienen.
7. Laat uw kind de mond spoelen met water na het puffen met corticosteroïden. Lukt dit niet, laat uw kind dan iets eten of drinken.

CONTROLE INHOUD PUFFER

Haal de puffer uit het plastic hulsje en leg deze in een bakje met water. Hieronder kunt u zien hoeveel er nog in zit.



SCHOONMAKEN

Een voorzetkamer die u dagelijks gebruikt, moet u 1x per week schoonmaken.

Verwijder eerst de puffer. Haal de voorzetkamer uit elkaar. Was de losse onderdelen in schoon, lauw water met afwasmiddel.

De voorzetkamer zonder afspoelen op een schone theedoek aan de lucht laten drogen. Niet droogwrijven! De voorzetkamer niet afspoelen, niet föhnen, niet op de verwarming drogen en niet in de vaatwasser steken!

LET OP!

Bewaar de puffer op een droge plek op kamertemperatuur.

Na verloop van tijd kunnen de klepranden van de voorzetkamer gaan verharden en omkrullen. Dan moet u de voorzetkamer in zijn geheel vervangen.

Iedere voorzetkamer moet na 1 jaar intensief gebruik vervangen worden.

Veel succes!

TERUG NAAR OVERZICHT

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
sept 2022	Dr. D. Dekkers	Kinderarts

AZ MOL

Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
E-mail: info@azmol.be
Website: www.azmol.be
Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Spoedgevallen: 014 71 23 92